FUNDACIÓN
INSTITUTO NACIONAL
DE HERIDAS

SANTIAGO 20 de agosto de 2015

CERTIFICADO

Fundación Instituto Nacional de Heridas Rut 65.729.470-5, con domicilio en avenida Rancagua N° 509, Providencia, certifica que en nuestra Institución se ha evaluado el sistema compresivo de dos capas, **Urgo K2** de la empresa Urgo. El Sistema se presenta en dos vendas con indicadores de presión permitiendo la aplicación segura y precisa de los 40 mmHg indicados. Se clasifica según los protocolos chilenos como insumo médico, vendaje compresivo avanzado multicapa de dos capas:

- La capa interna, de color blanco, está compuesta por viscosa y poliéster, es la que va en contacto con los apósitos y la piel, permitiendo absorber los exudados. Es una venda de corto estiramiento brindando el 80% de la presión (32 mmHg aproximadamente) que distribuye uniformemente la presión y crea un "efecto de masaje".,
- La capa externa es una venda cohesiva de largo estiramiento de color café. Está compuesta de acrílico, poliamida y elastano, brindando el 20% de la presión (8 mmHg aproximadamente) según fabricante. Permite mantener UrgoK2 en su lugar y evita el deslizamiento.

La combinación de ambas capas, logra entregar la presión indicada necesaria de 40mmHg, para tratar principalmente a los pacientes con úlceras venosas Tipo 3 y 4 y con linfedemas. Tiene certificación de la Comunidad Europea N°6664 e ISO N°10416 y su casa matriz está en Francia.También tiene registro del Instituto Salud Publico (ISP) N°002555.

Aplicación:

Aplicación "por debajo de la rodilla" (edema o úlcera venosa) - Kit para tobillo de 18-25 cm de circunferencia – recubrimiento del 50%.

Se debe medir la circunferencia del tobillo del paciente, para elegir el kit adecuado. Existe kit Urgo K2 para tobillos de 18 a 25cm y para tobillos de 25 a 32 cm.

Realizar la curación avanzada de la úlcera venosa del paciente o tratar la piel con limpieza y lubricación, en el caso del edema venoso sin lesión.

Durante la aplicación del vendaje compresivo, el pie del paciente deberá mantenerse en ángulo de 90°.

Continuar haciendo uno ocho alrededor del talón, procurando que quede bien cubierto, pero sin aplicar una tensión excesiva en el pie.

Continuar la aplicación hacia la rodilla estirando la venda hasta que la elipse se transforme en círculo, hasta la altura de la cabeza del peroné o 2 cm bajo la rodilla, en forma de espiral. Para conseguir un recubrimiento correcto, el indicador de presión impreso en el vendaje debe quedar justo recubierto (recubrimiento del 50%).Cortar la parte sobrante del vendaje. Pegar el extremo con cinta adhesiva.

La segunda venda (café) se debe aplicar de la misma forma que la anterior, pero dejando un pequeño reborde (1 cm aproximadamente) en los dedos y en la rodilla.

Una vez aplicado las dos vendas, presionar con las manos levemente el vendaje, para conseguir una fijación completa.

Kit para tobillo de 25-32 cm de circunferencia – recubrimiento de 2/3

Aplicar del mismo modo que el kit de 18-25 cm, cubriendo justo el indicador de presión impreso en la mitad del vendaje (recubrimiento de 2/3).

Aplicación "hasta el muslo» (linfedema)

Si es necesario, vendar primero los dedos con un vendaje adecuado.

Para vendar toda la pierna, utilizar la misma técnica de aplicación e ir recubriendo como en la aplicación por debajo de la rodilla, pero siguiendo los pasos siguientes:

1. Aplicar una primera capa (venda blanca) de 8 cm en el pie (o de 10 cm, en función de la talla del pie); detenerse en el tobillo.
2. Luego aplicar una primera capa (venda blanca) de 10 cm hasta justo por encima de la rodilla, flexionando ligeramente la rodilla. Si es necesario, acolchar debajo de la rodilla para mayor comodidad.
3. Continuar hacia arriba del muslo con una primera capa (venda blanca) de 10 cm o de 12 cm (según sea necesario) y fijar con esparadrapo.
4. Aplicar secunda capa (venda café) encima de la primera capa siguiendo la misma secuencia de vendajes y técnica de aplicación.

Cualquier parte de vendaje sobrante debe cortarse. Presionar ligeramente para conseguir una fijación completa y asegurar con esparadrapo si es necesario.

Recomendaciones:

- Es fundamental que la indicación de este producto deba realizarlo personal entrenado.
- Pesquisar pulsos pedios y/o tibial presentes antes de aplicar este vendaje. Si la enfermera/o no encuentra pulsos presentes, derive al médico general, quien realizara un Índice Tobillo Brazo, cuyo valor debe ser sobre 0,8 para su aplicación.
- En pacientes con infección de la piel o úlcera venosa, esta deberá ser tratada antes de iniciar tratamiento, con este tipo de vendaje.
- En pacientes con tratamiento de linfedema o úlcera venosa Tipo 1 y 2, el vendaje podrá ser cambiado cada 7 días.
- En pacientes con úlcera venosa Tipo 3 y 4, el cambio de vendaje, se realizará

En conclusión, es un producto recomendado principalmente en el tratamiento de los pacientes que presentan úlcera venosa Tipo 3 y 4 y en el tratamiento del lifo-edema. También se puede utilizar en los pacientes con úlceras venosas Tipo 1 y 2.

Se extiende el presente certificado después de una evaluación de cuatro meses en nuestra Institución.

Atentamente,

FUNDACION INSTITUTO NACIONAL DE HERIDAS
DIRECTORA

Isabel Aburto Torres

Representante Legal

Fundación Instituto Nacional de Heridas

www.inheridas.cl