FUNDACIÓN
INSTITUTO NACIONAL
DE HERIDAS

SANTIAGO 09 de Marzo de 2015

CERTIFICADO

Fundación Instituto Nacional de Heridas Rut 65.729.470-5, con domicilio en avenida Rancagua N° 509, Providencia, certifica que en nuestra Institución se ha evaluado el insumo **Cutimed Siltec Sorbact en lámina** del Laboratorio BSN Medical. El apósito se presenta en láminas de 7cm x 8,5cm y de 12,5 cm X 12,5 cm, los que clasifican como Apósito Mixto-Bacteriostáticos en la clasificación nacional de apósitos en Chile. Su componente principal es el diakilcarbamoil (DACC), la que está en una fibra de acetato, elemento que va en contacto con la lesión. Sobre esta tiene una espuma de poliuretano con partículas de poliacrilato, tiene bordes de silicona, que le permite fijarse a la piel de una forma suave El DACC es un compuesto que ayuda a controlar la carga bacteriana, la espuma permite absorber el exudado y la silicona actúa como un adherente suave. Tiene certificación y autorización de la Comunidad Europea (CE) cuyo número es 50708-16-06 y su casa matriz está en Alemania.

Según lo observado en 28 pacientes con patología de úlcera de pie diabético, úlcera venosa, úlcera por presión y herida quirúrgica, se recomienda como cobertura primaria en lesiones , con carga bacteriana alta las que presentan tejido esfacelado o necrótico, con exudado moderado a abundante, también en lesiones con 100% de tejido de granulación con exudado moderado a abundante y en servicios clínicos de alta complejidad para evitar las úlceras por presión, a causa del cizallamiento.

Aplicación: Asear la lesión y la piel, elegir un apósito adecuado a la lesión, ya que no se recomienda recortar, y éste debe quedar 3 cm. de distancia del borde de la lesión. Si el exudado es abundante, aplicar un apósito secundario como apósito tradicional o tradicional especial o espuma hidrofílica, fijar con venda semi elasticada en las extremidades inferiores o superior y con tela de rayón en el resto el cuerpo. Cambiar cada 72 horas. Si se usa para evitar una úlcera ´por presión (UPP), se puede cambiar cada 7 días.

Es fundamental que la indicación de estos productos deba hacerse por personal entrenado, realizar una evaluación acuciosa de la cantidad y calidad del exudado de la lesión del paciente.

En conclusión, es un producto altamente recomendado en heridas y úlceras con alta carga bacteriana y para evitar las UPP en especial en servicios críticos.

Se extiende el presente certificado después de una evaluación de cuatro meses en nuestra Institución.

Atentamente,

FUNDACION INSTITUTO NACIONAL DE HERIDAS
DIRECTORA

Isabel Aburto Torres
Representante Legal
Fundación Instituto Nacional de Heridas
www.inheridas.cl